

การสอบเทียบ - ISO/IEC 17025

รหัส: SLU002



การสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2018

- ตาม CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- ได้รับการรับรองโดย EA MLA และ ILAC MRA
- อุณหภูมิ -40 ถึง +600 °C ด้วย 3 จุดสอบเทียบ
- การสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2018 -80 °C ถึง +1300 °C

การสอบเทียบตามมาตรฐาน

การสอบเทียบตามมาตรฐาน -20 °C ถึง 0 °C และ +20 °C

[COMET การสอบเทียบ - การสอบเทียบ](#)

0000